



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **IONS SODIO AUTOMAÇÃO**

Cód. Referência: **K132**

Lote: **37**

Fabricação: **05/2023**

Validade: **06/2024**

Registro ANVISA: **10269360211**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	137,000	139,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	157,000	157,000
SORO HUMANO 01	6692023	137,000	141,333
SORO HUMANO 02	6702023	139,667	142,000
SORO HUMANO 03	6712023	139,667	142,000
SORO HUMANO 04	6722023	140,000	142,333
SORO HUMANO 05	6732023	141,333	143,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/06/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br