



## Certificado de Análise

### CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **IONS SODIO AUTOMAÇÃO/IONES SODIO AUTOMACIÓN/IONS SODIUM AUTOMATION**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K132**

LOTE/Lot: **42**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **08/2025**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **06/2026**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360211**

### Controle de Qualidade do Produto

#### CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
<b>ANÁLISE FUNCIONAL</b> ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ASPECTOS VISUAIS</b> ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>CONTROLE NÍVEL 1</b> CONTROL DE NIVEL 1/LEVEL 1 CONTROL	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>CONTROLE NÍVEL 2</b> CONTROL DE NIVEL 2/LEVEL 2 CONTROL	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): **10/09/2025**

*Lívia Souza*

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
 Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de Assessoria ao Cliente  
**0800 031 5454**  
 sac@bioclin.com.br  
 www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
 QUIBASA - Química Básica Ltda.  
 Rua Teles de Menezes, 92  
 Santa Branca - CEP 31565-130  
 BELO HORIZONTE - MG