



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **IMUNOGLOBULINA A**
Cód. Referência: **K061**
Lote: **35**
Fabricação: **05/2022**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360069**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0007	133,600	134,127
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0004	240,400	258,457
SORO HUMANO 01	5202022	267,483	269,953
SORO HUMANO 02	5212022	347,200	348,137
SORO HUMANO 03	5222022	260,393	260,727
SORO HUMANO 04	5242022	264,770	267,503
SORO HUMANO 05	5252022	125,723	126,693

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 31/05/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br