



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **IMUNOGLOBULINA A**
Cód. Referência: **K061**
Lote: **36**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **04/2025**
Registro ANVISA: **10269360069**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	136,600	134,733
SORO HUMANO 01	4272023	249,240	252,833
SORO HUMANO 02	4312023	354,120	360,853
SORO HUMANO 03	4322023	166,200	175,500
SORO HUMANO 04	4352023	134,630	140,620
SORO HUMANO 05	4362023	366,830	368,550

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.
Data: 02/05/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br