



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **IMUNOGLOBULINA A**
Cód. Referência: **K061**
Lote: **37**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **05/2025**
Registro ANVISA: **10269360069**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	136,600	129,667
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	272,900	252,973
SORO HUMANO 01	5392023	246,170	262,037
SORO HUMANO 02	5412023	283,640	307,597
SORO HUMANO 03	5422023	252,070	260,513
SORO HUMANO 04	5442023	331,940	335,730
SORO HUMANO 05	5582023	178,020	178,870

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/05/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br