



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **IMUNOGLOBULINA G**
Cód. Referência: **K062**
Lote: **37**
Fabricação: **05/2022**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360155**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0007	620,600	622,107
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0004	1108,000	1142,210
SORO HUMANO 01	4622022	924,690	932,893
SORO HUMANO 02	4632022	681,990	675,967
SORO HUMANO 03	4642022	943,413	945,860
SORO HUMANO 04	4652022	835,013	833,087
SORO HUMANO 05	4662022	1267,460	1292,930

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/05/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br