



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **IMUNOGLOBULINA G**
Cód. Referência: **K062**
Lote: **38**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **05/2025**
Registro ANVISA: **10269360155**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	662,900	676,467
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	1270,600	1242,740
SORO HUMANO 01	4172023	988,660	1026,390
SORO HUMANO 02	4272023	1173,950	1188,030
SORO HUMANO 03	4302023	1717,430	1761,280
SORO HUMANO 04	4312023	1178,540	1223,330
SORO HUMANO 05	4322023	842,770	872,953

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/05/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br