

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **IMUNOGLOBULINA M DEDICADO**
Cód. Referência: **K063**
Lote: **33.2**
Fabricação: **07/2022**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360154**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	77,8 (66,1 – 89,5)	75,3

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 28/03/2023



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade