

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **IMUNOGLOBULINA M**
Cód. Referência: **K063**
Lote: **33**
Fabricação: **07/2022**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360154**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	5992022	116,020	118,633
SORO HUMANO 02	6002022	85,900	87,360
SORO HUMANO 03	6012022	69,930	70,920
SORO HUMANO 04	6022022	132,700	135,403
SORO HUMANO 05	6032022	101,990	102,673

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/07/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade