



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **IMUNOGLOBULINA M**
Cód. Referência: **K063**
Lote: **34**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **05/2025**
Registro ANVISA: **10269360154**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	77,800	77,760
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	161,600	164,113
SORO HUMANO 01	5392023	79,770	78,807
SORO HUMANO 02	5402023	54,897	53,050
SORO HUMANO 03	5412023	97,107	94,037
SORO HUMANO 04	5422023	80,267	77,703
SORO HUMANO 05	5432023	127,667	124,470

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/05/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br