



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LACTATO**
Cód. Referência: **K084**
Lote: **45**
Fabricação: **11/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360143**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PH01	10082022	18,867	18,967
PH02	10092022	35,400	35,167
PH03	10102022	17,700	17,200
PH04	10112022	27,933	29,967
PH05	12182022	16,600	15,500
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0075	15,400	16,167
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	44,200	49,800

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 23/11/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br