



Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **LACTATO**
Cód. Referência: **K084**
Lote: **46**
Fabricação: **02/2023**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360143**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PH01	2592023	6,000	6,933
PH02	2602023	6,000	6,000
PH03	2612023	7,000	6,967
PH04	2622023	10,000	10,867
PH05	2632023	8,000	7,767
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	15,000	15,500
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	44,200	47,300

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 09/03/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br