



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LDL DIRETO**
Cód. Referência: **K088**
Lote: **34**
Fabricação: **09/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360150**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	63,000	60,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	97,000	93,333
SORO HUMANO 01	10102022	111,333	112,333
SORO HUMANO 02	10132022	108,000	107,000
SORO HUMANO 03	10222022	76,667	77,000
SORO HUMANO 04	10262022	70,667	70,667
SORO HUMANO 05	10292022	81,000	81,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/09/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br