



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LDL DIRETO**
Cód. Referência: **K088**
Lote: **36**
Fabricação: **02/2023**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360150**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	65,000	64,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	97,000	101,000
SORO HUMANO 01	14802022	47,000	46,667
SORO HUMANO 02	1072022	89,667	89,000
SORO HUMANO 03	14872022	88,333	86,667
SORO HUMANO 04	15022022	62,667	61,667
SORO HUMANO 05	15092022	89,000	88,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 09/02/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br