



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LDL DIRETO**
Cód. Referência: **K088**
Lote: **38**
Fabricação: **09/2023**
Validade: **04/2025**
Registro ANVISA: **10269360150**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	60,000	60,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	94,000	99,667
SORO HUMANO 01	11272023	76,000	76,667
SORO HUMANO 02	11282023	87,000	92,333
SORO HUMANO 03	11292023	84,000	91,667
SORO HUMANO 04	11302023	74,000	76,667
SORO HUMANO 05	11312023	62,000	66,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 05/10/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br