



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LEISHMANIOSE IGG VET FAST**
Cód. Referência: **VET004**
Lote: **3/22**
Fabricação: **05/2022**
Validade: **05/2024**
Registro MAPA: **10.299/2019**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO VET 01	V0862022	Negativo	Negativo
SORO VET 02	V0872022	Negativo	Negativo
SORO VET 03	V0882022	Negativo	Negativo
SORO VET 04	V0892022	Negativo	Negativo
SORO VET 05	V0902022	Negativo	Negativo
SORO VET 06	V0912022	Negativo	Negativo
SORO VET 07	V0762022	Positivo	Positivo
SORO VET 08	V0772022	Positivo	Positivo
SORO VET 09	V0782022	Positivo	Positivo
SORO VET 10	V0792022	Positivo	Positivo
SORO VET 11	V0802022	Positivo	Positivo
SORO VET 12	V0812022	Positivo	Positivo
SORO VET 13	V0822022	Positivo	Positivo
SORO VET 14	V0832022	Positivo	Positivo
SORO VET 15	V0842022	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/05/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br