

PRODUTO: **LEISHMANIOSE VH BIO**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K218**

LOTE: **13.1**

FABRICAÇÃO: **02/2023**

VALIDADE: **01/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360334**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL | AMOSTRA  | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO ENCONTRADO |
|---------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| SORO HUMANO 01            | 15062021 | Positivo           | Positivo             |
| SORO HUMANO 02            | 14802021 | Positivo           | Positivo             |
| SORO HUMANO 03            | 0722022  | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 04            | 0652022  | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 05            | 0682022  | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 06            | 15522021 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 07            | 14782021 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 08            | 0712022  | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 09            | 13182021 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 10            | 13172021 | Negativo           | Negativo             |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 15/05/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade