



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LIPASE AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K093**
Lote: **49**
Fabricação: **02/2023**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360158**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	31,000	33,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	106,000	103,000
SORO HUMANO 01	14662022	30,000	36,000
SORO HUMANO 02	14672022	162,000	185,333
SORO HUMANO 03	14682022	23,000	28,000
SORO HUMANO 04	14692022	120,000	140,000
SORO HUMANO 05	14702022	31,000	37,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 13/02/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br