



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LIPASE AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K093**
Lote: **50**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **04/2024**
Registro ANVISA: **10269360158**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	31,000	32,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	106,000	100,667
SORO HUMANO 01	3572023	57,333	70,000
SORO HUMANO 02	3592023	35,000	42,667
SORO HUMANO 03	3502023	693,000	678,333
SORO HUMANO 04	3642023	21,000	24,333
SORO HUMANO 05	3552023	21,667	25,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 10/04/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br