



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LIPASE AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K093**
Lote: **51**
Fabricação: **07/2023**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360158**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	31,000	28,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	106,000	105,667
SORO HUMANO 01	5452023	63,667	62,000
SORO HUMANO 02	7102023	18,000	18,000
SORO HUMANO 03	7142023	43,000	41,333
SORO HUMANO 04	7272023	32,000	31,333
SORO HUMANO 05	7342023	47,000	46,000
SORO HUMANO 06	7352023	55,000	52,667
SORO HUMANO 07	7362023	23,000	23,000
SORO HUMANO 08	7462023	29,000	28,667
SORO HUMANO 09	7532023	42,333	41,333
SORO HUMANO 10	7542023	33,333	33,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 12/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br