



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LIPASE AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K093**
Lote: **52**
Fabricação: **08/2023**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360158**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	31,000	30,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	106,000	101,333
SORO HUMANO 01	3662023	14,000	16,000
SORO HUMANO 02	4252023	110,000	108,000
SORO HUMANO 03	4332023	28,000	29,667
SORO HUMANO 04	5412023	21,000	21,000
SORO HUMANO 05	5472023	27,000	23,667
SORO HUMANO 06	5582023	24,000	27,000
SORO HUMANO 07	5622023	42,000	41,333
SORO HUMANO 08	7362023	23,000	22,333
SORO HUMANO 09	7462023	30,000	29,000
SORO HUMANO 10	7562023	27,000	27,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/08/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br