



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LIPASE AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K093**
Lote: **53**
Fabricação: **10/2023**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360158**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	32,000	30,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	106,000	105,333
SORO HUMANO 01	12422023	50,667	50,333
SORO HUMANO 02	12432023	23,667	23,333
SORO HUMANO 03	12522023	48,667	48,667
SORO HUMANO 04	12532023	188,667	186,000
SORO HUMANO 05	12552023	70,000	69,333
SORO HUMANO 06	12572023	44,333	44,333
SORO HUMANO 07	12582023	27,000	28,333
SORO HUMANO 08	12592023	54,333	59,333
SORO HUMANO 09	1262023	77,333	83,000
SORO HUMANO 10	12632023	32,333	32,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/10/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br