



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **LIPASE**
Cód. Referência: **K025**
Lote: **118**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **12/2024**
Registro ANVISA: **10269360102**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	22,000	24,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	173,000	173,667
SORO HUMANO 01	5452023	159,000	189,667
SORO HUMANO 02	7102023	161,000	156,333
SORO HUMANO 03	7142023	79,000	81,500
SORO HUMANO 04	7272023	171,000	187,333
SORO HUMANO 05	7342023	183,000	179,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 01/08/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br