



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **MAGNESIO MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K116**
Lote: **40**
Fabricação: **03/2023**
Validade: **03/2025**
Registro ANVISA: **10269360192**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	1,900	1,767
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	4,500	4,700
SORO HUMANO 01	14952022	2,100	2,000
SORO HUMANO 02	14962022	2,000	1,900
SORO HUMANO 03	14972022	2,400	2,400
SORO HUMANO 04	14982022	2,100	2,033
SORO HUMANO 05	14992022	1,800	1,800

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 14/03/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br