



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **MAGNESIO MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K116**
Lote: **41**
Fabricação: **08/2023**
Validade: **07/2025**
Registro ANVISA: **10269360192**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	2,000	1,900
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	4,300	4,767
SORO HUMANO 01	7572023	2,000	2,033
SORO HUMANO 02	5592023	2,400	2,200
SORO HUMANO 03	7582023	2,300	2,100
SORO HUMANO 04	6772023	2,200	2,000
SORO HUMANO 05	6782023	1,600	1,500
SORO HUMANO 06	6952023	1,700	1,600
SORO HUMANO 07	6762023	2,100	2,033
SORO HUMANO 08	7422023	2,100	2,000
SORO HUMANO 09	7042023	2,000	1,900
SORO HUMANO 10	7112023	2,000	1,900

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/08/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br