

Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **MAGNESIO MONOREAGENTE/MAGNESIO MONOREACTIVO/MAGNESIUM SINGLE REAGENT**
 REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K116**
 LOTE/Lot: **43**
 FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **06/2024**
 VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **06/2026**
 REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360192**

Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
ANÁLISE FUNCIONAL ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
ASPECTOS VISUAIS ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
ABSORBÂNCIA BRANCO ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	0.805
LINEARIDADE LINEALIDAD/LINEARITY	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
FATOR DE CALIBRAÇÃO FACTOR DE CALIBRACIÓN /CALIBRATION FACTOR	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	0.0009
CONTROLE NÍVEL 1 CONTROL DE NIVEL 1/LEVEL 1 CONTROL	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
CONTROLE NÍVEL 2 CONTROL DE NIVEL 2/LEVEL 2 CONTROL	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.
Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 26/06/2024

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92

Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG