

Certificado de Análise Controle da Qualidade

PRODUTO: **MAY GRUNWALD**

C004

LOTE: **0118**

FABRICAÇÃO: **12/2022**

VALIDADE: **12/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360324**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
Hemácias	Coloração rósea	Conforme
Plaquetas	Coloração azulada	Conforme
Neutrófilos	Núcleo azul escuro e citoplasma rosa pálido com granulações que variam de rosa ao azul claro	Conforme
Linfócitos	Núcleo azul violeta e o citoplasma azul	Conforme
Basófilos	Núcleo púrpura a azul escuro e citoplasma com granulações volumosas azul escuro	Conforme
Monócitos	Núcleo azul violeta e citoplasma azul claro	Conforme
Eosinófilos	Núcleo azul e citoplasma rosa pálido com grânulos volumosos que variam do vermelho ao laranja	Conforme

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/12/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade