



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **MICROALBUMINÚRIA**
Cód. Referência: **K078**
Lote: **39**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **01/2025**
Registro ANVISA: **10269360206**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE MICROALBUMINÚRIA REF	CONTROLE MICROALBUMINÚRIA LOTE 0038	23,500	24,647
CONTROLE MICROALBUMINÚRIA	CONTROLE MICROALBUMINÚRIA LOTE 0039	26,600	26,953
URINA HUMANA 01	1412023	146,657	141,107
URINA HUMANA 02	1422023	79,623	75,107
URINA HUMANA 03	1432023	36,047	36,157
URINA HUMANA 04	1442023	105,027	99,303
URINA HUMANA 05	1452023	107,790	102,053

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 01/03/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br