



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **MUCOPROTEINAS**
Cód. Referência: **K028**
Lote: **135**
Fabricação: **03/2023**
Validade: **03/2025**
Registro ANVISA: **10269360100**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	3,000	3,133
SORO HUMANO 01	3602023	3,700	3,333
SORO HUMANO 02	3612023	3,400	3,000
SORO HUMANO 03	3622023	3,400	3,100
SORO HUMANO 04	3632023	3,500	3,267
SORO HUMANO 05	3642023	3,000	3,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 11/04/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br