

PRODUTO: **MULTICAL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K064**

LOTE: **0065**

FABRICAÇÃO: **07/2023**

VALIDADE: **07/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360077**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICAL LOTE 0065

Val: 2025/07

Analito	Metodologia	Valor	Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	117,00	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	456,00	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	211,00	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	56,60	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	150,00	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	384,00	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	1.972,00	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	221,00	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	76,00	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	76,00	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	376,00	mg/dL

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/07/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade