

PRODUTO: **MULTICAL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K064**

LOTE: **0066**

FABRICAÇÃO: **04/2024**

VALIDADE: **04/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360077**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin	MULTICAL LOTE 0066	Metodologia	Valor	Val: 2026/04	Unidade	Português
Analito						
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA		120,00		mg/dL	
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA		463,00		UI/mL	
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA		200,00		mg/dL	
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA		55,60		mg/dL	
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA		150,00		UI/mL	
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA		375,00		mg/dL	
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA		1.925,00		mg/dL	
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA		215,00		mg/dL	
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA		83,00		mg/L	
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA		83,00		mg/L	
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA		375,00		mg/dL	

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 15/04/2024

Barbara Cristina Goncalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499
5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br