

PRODUTO: **MULTICAL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K064**

LOTE: **0067**

FABRICAÇÃO: **06/2024**

VALIDADE: **06/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360077**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICAL LOTE 0067

Val: 2026/06

Analito	Metodologia	Valor	Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	123,00	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	481,00	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	184,00	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	51,60	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	158,00	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	423,00	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	1.694,00	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	267,00	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	75,10	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSIVEL	TURBIDIMETRIA	75,10	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	310,00	mg/dL

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/07/2024

Barbara Cristina Goncalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade