



Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **MULTICAL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K064**

LOTE: **0068**

FABRICAÇÃO: **09/2024**

VALIDADE: **04/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360077**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE



MULTICAL LOTE 0068

Val: 2026/04

Analito	Metodologia	Valor	Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	122,00	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	454,00	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	207,00	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	57,00	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	147,00	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	395,00	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	1.870,00	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	223,00	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	77,00	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	77,00	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	383,00	mg/dL

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 11/10/2024

Bárbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br