



Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **MULTICAL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K064**

LOTE: **0069**

FABRICAÇÃO: **11/2024**

VALIDADE: **11/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360077**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Bioclin                           |               | MULTICAL LOTE 0069 |         | Val: | 2026/11 | Português |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------|------|---------|-----------|
| Analito                           | Metodologia   | Valor              | Unidade |      |         |           |
| ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA        | TURBIDIMETRIA | 121,00             | mg/dL   |      |         |           |
| ANTI ESTREPTOLISINA O             | TURBIDIMETRIA | 547,00             | UI/mL   |      |         |           |
| COMPLEMENTO C3                    | TURBIDIMETRIA | 205,00             | mg/dL   |      |         |           |
| COMPLEMENTO C4                    | TURBIDIMETRIA | 52,30              | mg/dL   |      |         |           |
| FATOR REUMATÓIDE                  | TURBIDIMETRIA | 102,00             | UI/mL   |      |         |           |
| IMUNOGLOBULINA A                  | TURBIDIMETRIA | 347,00             | mg/dL   |      |         |           |
| IMUNOGLOBULINA G                  | TURBIDIMETRIA | 1.763,00           | mg/dL   |      |         |           |
| IMUNOGLOBULINA M                  | TURBIDIMETRIA | 233,00             | mg/dL   |      |         |           |
| PROTEÍNA C REATIVA                | TURBIDIMETRIA | 74,30              | mg/L    |      |         |           |
| PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL | TURBIDIMETRIA | 74,30              | mg/L    |      |         |           |
| TRANSFERRINA                      | TURBIDIMETRIA | 327,00             | mg/dL   |      |         |           |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 11/11/2024

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de  
Menezes, 92 Santa  
Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-  
130 tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br