

PRODUTO: **MULTICONTROL 1**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K246**

LOTE: **0005**

FABRICAÇÃO: **01/2022**

VALIDADE: **01/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 1 LOTE 0005

Val: 2024/01

CE

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	43,80	37,20	-	50,40	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	158,00	134,00	-	182,00	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	71,90	61,10	-	82,70	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	20,10	17,10	-	23,10	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	69,00	58,60	-	79,40	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	129,70	110,20	-	149,20	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	599,50	509,60	-	689,40	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	87,30	74,20	-	100,40	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	14,70	12,50	-	16,90	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	3,60	3,00	-	4,20	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	133,80	113,70	-	153,90	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/02/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92

Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG

SAC

0800 031 5454

sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br