



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **PARVOVIROSE AG VET FAST**
Cód. Referência: **VET007**
Lote: **1/23**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **06/2025**
Registro MAPA: **10.279/2019**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
AMOSTRA VET 01	2022/0698	Positivo	Positivo
AMOSTRA VET 02	2023/0845	Positivo	Positivo
AMOSTRA VET 03	2023/0343	Positivo	Positivo
AMOSTRA VET 04	2021/1002	Negativo	Negativo
AMOSTRA VET 05	2021/0140	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/06/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br