



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **PROTEÍNA C REATIVA**
Cód. Referência: **K059**
Lote: **126**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360070**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	14,100	13,733
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	30,900	31,967
SORO HUMANO 01	5492023	79,900	84,133
SORO HUMANO 02	5502023	44,700	48,467
SORO HUMANO 03	5512023	144,500	141,133
SORO HUMANO 04	5522023	15,300	15,467
SORO HUMANO 05	5532023	53,000	57,067
SORO HUMANO 06	5542023	17,700	18,100
SORO HUMANO 07	5552023	41,500	44,967
SORO HUMANO 08	5562023	83,800	87,333
SORO HUMANO 09	5572023	86,900	89,700
SORO HUMANO 10	5612023	35,000	38,200

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/06/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br