



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **PROTEÍNA C REATIVA**
Cód. Referência: **K059**
Lote: **127**
Fabricação: **09/2023**
Validade: **11/2024**
Registro ANVISA: **10269360070**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	14,100	14,323
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0009	32,200	32,053
SORO HUMANO 01	11272023	0,980	0,893
SORO HUMANO 02	11282023	1,380	1,463
SORO HUMANO 03	11292023	18,570	17,760
SORO HUMANO 04	11302023	1,340	1,473
SORO HUMANO 05	11312023	27,580	26,570
SORO HUMANO 06	11322023	1,000	0,983
SORO HUMANO 07	11332023	1,170	1,090
SORO HUMANO 08	11342023	7,030	6,777
SORO HUMANO 09	11352023	1,030	1,057
SORO HUMANO 10	11362023	1,040	1,050

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/09/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br