



## Certificado de Análise

### CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **PROTEINA C REATIVA /PROTEINA C REACTIVA (CRP)/C-REACTIVE PROTEIN (CRP)**  
 REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K059**  
 LOTE/Lot: **129**  
 FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **04/2024**  
 VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **09/2025**  
 REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360070**

### Controle de Qualidade do Produto

#### CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros<br>Parametros / Parameter:                              | Faixa aceitável<br>Rango acceptable / Acceptable range:                                 | Resultados do lote<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ANÁLISE FUNCIONAL</b><br>ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>ASPECTOS VISUAIS</b><br>ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS        | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>LINEARIDADE</b><br>LINEALIDAD/LINEARITY                         | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>CONTROLE NÍVEL 1</b><br>CONTROL DE NIVEL 1/LEVEL 1 CONTROL      | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>CONTROLE NÍVEL 2</b><br>CONTROL DE NIVEL 2/LEVEL 2 CONTROL      | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>EFEITO PROZONA</b><br>EFECTO PROZONA/PROZONE EFFECT             | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.  
Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 22/04/2024

*Lívia Souza*

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG