

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL**  
Cód. Referência: **K079**  
Lote: **45.1**  
Fabricação: **10/2022**  
Validade: **04/2024**  
Registro ANVISA: **10269360207**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0008	4,100	4,307
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0006	8,700	9,227

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/10/2022



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade