



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL**
Cód. Referência: **K079**
Lote: **45**
Fabricação: **09/2022**
Validade: **04/2024**
Registro ANVISA: **10269360207**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0008	4,100	4,493
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0007	8,900	9,287
SORO HUMANO 01	7172022	41,170	41,316
SORO HUMANO 02	7182022	40,020	40,493
SORO HUMANO 03	7192022	33,190	35,290
SORO HUMANO 04	7202022	38,820	38,657
SORO HUMANO 05	7212022	43,340	43,373

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 13/09/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br