



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL**

Cód. Referência: **K079**

Lote: **46**

Fabricação: **03/2023**

Validade: **04/2024**

Registro ANVISA: **10269360207**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0008	4,100	4,423
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0007	8,900	9,123
SORO HUMANO 01	12462022	1,267	1,290
SORO HUMANO 02	12472022	6,710	7,110
SORO HUMANO 03	12482022	1,627	1,653
SORO HUMANO 04	12502022	2,203	2,323
SORO HUMANO 05	1802022	0,683	0,763

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 15/03/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br