

PRODUTO: **PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K079**

LOTE: **47.1**

FABRICAÇÃO: **06/2023**

VALIDADE: **04/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360207**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	3,5	3,45
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	7,7	8,0

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade