



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL**
Cód. Referência: **K079**
Lote: **47**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **04/2024**
Registro ANVISA: **10269360207**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	3,500	3,693
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	7,700	8,237
SORO HUMANO 01	5392023	46,043	45,860
SORO HUMANO 02	5402023	44,807	44,697
SORO HUMANO 03	5412023	22,130	22,047
SORO HUMANO 04	5422023	46,080	46,043
SORO HUMANO 05	5432023	41,990	42,087
SORO HUMANO 06	5442023	45,860	45,787
SORO HUMANO 07	5452023	39,733	39,460
SORO HUMANO 08	5462023	45,865	45,977
SORO HUMANO 09	5472023	22,993	22,917
SORO HUMANO 10	5582023	37,020	37,113

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/06/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br