



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **PROTEINAS TOTAIS MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K031**
Lote: **150**
Fabricação: **08/2022**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360116**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	5,300	5,700
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	7,800	8,400
SORO HUMANO 01	7182022	5,500	5,600
SORO HUMANO 02	7192022	3,400	3,500
SORO HUMANO 03	7322022	6,500	6,667
SORO HUMANO 04	7212022	5,000	5,133
SORO HUMANO 05	7202022	5,800	5,933

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/08/2022

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br