



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **PROTEINAS TOTAIS MONOREAGENTE DEDICADO**

Cód. Referência: **K031**

Lote: **151.1**

Fabricação: **01/2023**

Validade: **01/2025**

Registro ANVISA: **10269360116**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	5,100	5,400
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	7,700	8,300

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/06/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br