



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **PROTEINAS TOTAIS MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K031**
Lote: **151**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **01/2025**
Registro ANVISA: **10269360116**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	5,300	5,500
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	7,700	8,267
SORO HUMANO 01	14662022	5,600	6,100
SORO HUMANO 02	14672022	6,500	7,000
SORO HUMANO 03	14682022	4,900	5,267
SORO HUMANO 04	14692022	5,700	6,100
SORO HUMANO 05	14702022	5,400	5,833

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/01/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br