

**Certificado de Análise**

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/Producto /Product: **BIOLISA RUBÉOLA IGG DBS/BIOLISA RUBÉOLA IGG DBS/BIOLISA RUBELLA IGG DBS**REFERÊNCIA/Referencia/Reference: **K276**LOTE/Lot: **2**FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año)/ Manufacturing (Month/Year): **10/2023**VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año)/ Expiration date (Month/Year): **10/2024**REGISTRO ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360434****Controle de Qualidade do Produto**

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter                                                                                                     | <b>Especificações</b><br>Especificaciones/Specification                                 | <b>Resultados</b><br>Results                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspectos Visuais</b><br>Aspectos Visuales/Visual Aspects                                                                                     | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits |
| <b>Análise Funcional</b><br>Análisis Funcional/Functional Analysis                                                                              | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits |
| <b>Absorbância do Branco</b><br>Absorbancia del Blanco/Blank Absorbance                                                                         | <b>&lt; 0,100</b>                                                                       | <b>0,027</b>                                                                            |
| <b>Absorbância do Controle Negativo de Extração</b><br>Absorbancia del Control de Extracción Negativo<br>Negative Extraction Control Absorbance | <b>&lt; 0,150</b>                                                                       | <b>0,078</b>                                                                            |
| <b>Absorbância do Controle Positivo de Extração</b><br>Absorbancia del Control de Extracción<br>Positivo/Positive Extraction Control Absorbance | <b>&gt; 0,500</b>                                                                       | <b>3,419</b>                                                                            |

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

DATA/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date(Day/Month/Year): 08/11/2023



Bárbara Cristina Gonçalves

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control