



## Certificado de Análise

### CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA RUBÉOLA IGG DBS (96 TESTES)/BIOLISA RUBÉOLA IGG DBS (96 TESTES)**  
 REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K276**  
 LOTE/Lot: **5**  
 FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **09/2024**  
 VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **09/2025**  
 REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360434**

### Controle de Qualidade do Produto

### CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros<br>Parametros / Parameter:                                       | Faixa aceitável<br>Rango aceptable / Acceptable range:                                  | Resultados do lote<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ANÁLISE FUNCIONAL</b><br>ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS          | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>ASPECTOS VISUAIS</b><br>ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS                 | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>CONFORME</b><br>De acuerdo/According                   |
| <b>ABSORBÂNCIA BRANCO</b><br>ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE            | <b>&lt; 0,100</b>                                                                       | <b>0.006</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA PADRÃO A</b><br>ABSORBANCIA ESTÁNDAR A/ABSORBANCE STANDARD A | <b>&lt; 0,100</b>                                                                       | <b>0.015</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA PADRÃO B</b><br>ABSORBANCIA ESTÁNDAR B/ABSORBANCE STANDARD B | <b>&gt; 0,200 e &lt; 0,600</b>                                                          | <b>0.297</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA PADRÃO C</b><br>ABSORBANCIA ESTÁNDAR C/ABSORBANCE STANDARD C | <b>&gt; B e &lt; D</b>                                                                  | <b>0.508</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA PADRÃO D</b><br>ABSORBANCIA ESTÁNDAR D/ABSORBANCE STANDARD D | <b>&gt; C e &lt; E</b>                                                                  | <b>0.809</b>                                              |

## Certificado de Análise

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA RUBÉOLA IGG DBS (96 TESTES)/BIOLISA RUBÉOLA IGG DBS (96 TESTES)/BIOLISA RUBÉOLA IGG DBS (96 TESTES)**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K276**

LOTE/Lot: **5**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **09/2024**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **09/2025**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360434**

## Controle de Qualidade do Produto

## CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros<br>Parametros / Parameter:                                                                           | Faixa aceitável<br>Rango aceptable / Acceptable range: | Resultados do lote<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ABSORBÂNCIA PADRÃO E</b><br>ABSORBANCIA ESTÁNDAR E/ABSORBANCE STANDARD E                                     | <b>&gt; 1,200</b>                                      | <b>1.653</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO DBS</b><br>CONTROL DE ABSORBANCIA NEGATIVA DBS/ABSORBANCE NEGATIVE DBS CONTROL | <b>&lt; 0,150</b>                                      | <b>0.023</b>                                              |
| <b>ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO DBS</b><br>CONTROL DE ABSORBANCIA DBS POSITIVO/ABSORBANCE CONTROL POSITIVE DBS | <b>&gt; 0,500</b>                                      | <b>2.056</b>                                              |

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 11/10/2024

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG