



## Certificado de Análise

### CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA RUBÉOLA IGG DBS/BIOLISA RUBÉOLA IGG DBS/BIOLISA RUBELLA IGG DBS**  
 REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K276**  
 LOTE/Lot: **6**  
 FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **10/2024**  
 VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **10/2025**  
 REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360434**

#### Controle de Qualidade do Produto

#### CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
<b>ANÁLISE FUNCIONAL</b> ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ASPECTOS VISUAIS</b> ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ABSORBÂNCIA BRANCO</b> ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE	<b>&lt; 0,100</b>	<b>0,015</b>
<b>ABSORBÂNCIA PADRÃO A</b> ABSORBANCIA ESTÁNDAR A/ABSORBANCE STANDARD A	<b>&lt; 0,100</b>	<b>0,016</b>
<b>ABSORBÂNCIA PADRÃO B</b> ABSORBANCIA ESTÁNDAR B/ABSORBANCE STANDARD B	<b>&lt; 0,200 e &lt; 0,600</b>	<b>0,531</b>
<b>ABSORBÂNCIA PADRÃO C</b> ABSORBANCIA ESTÁNDAR C/ABSORBANCE STANDARD C	<b>&gt; B e &lt; D</b>	<b>0,734</b>
<b>ABSORBÂNCIA PADRÃO D</b> ABSORBANCIA ESTÁNDAR D/ABSORBANCE STANDARD D	<b>&gt; C e &lt; E</b>	<b>1,297</b>

<b>ABSORBÂNCIA PADRÃO E</b> ABSORBANCIA ESTÁNDAR E/ABSORBANCE STANDARD E	<b>&gt; 1,200</b>	<b>2,191</b>
<b>ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO DBS</b> CONTROL DE ABSORBANCIA NEGATIVA DBS/ABSORBANCE NEGATIVE DBS CONTROL	<b>&lt; 0,150</b>	<b>0,021</b>
<b>ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO DBS</b> CONTROL DE ABSORBANCIA DBS POSITIVO/ABSORBANCE CONTROL POSITIVE DBS	<b>&gt; 0,500</b>	<b>2,435</b>

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 14/01/2025

*Lívia Souza*

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG